

测试报告

样品信息			
样品名称	二羟丙茶碱	编号	Z20211220-001
样品重量	/	剂型	/
收样日期	2021/12/20	测试期间	2021/12/23-12/24
样品描述	/		
测试需求			
测试成分	有关物质		
参考标准			
参考标准	EP9.0	标样	有
仪器信息			
测试仪器	高效液相色谱仪	仪器型号	月旭 WIsys 5000

● 色谱条件：

色谱柱：	月旭 Ultimate [®] Plus C18 (4.6×150mm, 3.5μm)
流动相：	甲醇/水=10/90
检测波长：	272nm
柱温：	30℃
流速：	1.0ml/min
进样量：	10μL
注意事项：	\

● 流动相配置：

甲醇：取色谱纯甲醇，即得。




● 样品溶液的配置：

混标溶液：客户提供


样品溶液：客户提供

● 谱图和数据

1 混标溶液图



2 供试品溶液图



● 结论

用月旭 Ultimate[®] Plus C18 (4.6×150mm, 3.5μm), 在此色谱条件下测定, 能满足检测的要求。

