

## 测试报告

样品信息			
样品名称	花青素类	编号	W20140310-001
样品重量	/	剂型	/
收样日期	2014/03/10	测试期间	2014/03/14-03/17
样品描述			
测试需求			
测试成分	有关物质		
参考标准			
参考标准	无	标样	无
仪器信息			
测试仪器	高效液相色谱仪	仪器型号	福立 2200

● 色谱条件:

调整过比例

色谱柱:	月旭 Ultimate®LP-C18 4.6*150mm 5um
流动相:	A:0.2%乙酸水溶液 B: 乙腈
检测波长:	280nm
柱温:	室温
流速:	1ml/min
进样量:	20μl
注意事项:	/

声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。

Add:浙江省金华市仙缘路 855 号研发展示中心 01 号 6 楼

邮编: 321000

Tel:400-808-6760

E-mail:Houcaizhang@welchmat.com

● 流动相配置:

A:精密量取 2ml 乙酸至 1000ml 高纯水中, 过滤, 超声

B: 乙腈

运行梯度:


时间(min)	A(%)	B(%)
0	90	10
50	50	50

● 样品处理方法:

精密称取 20mg 样品至 10ml 容量瓶中, 用高纯水超声溶解, 过 0.45um 滤膜。

● 谱图和数据:

1. 样品



报告签字

测试: 李良翔

日期: 2014/03/17

审核: 薛昆鹏

日期: 2014/03/17

声明:除非另有说明, 此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可, 不可复制。

Add:浙江省金华市仙缘路 855 号研发展示中心 01 号 6 楼

Tel:400-808-6760

邮编: 321000

E-mail:Houcaizhang@welchmat.com