

果糖、葡萄糖检测报告

色谱柱: Xtimate™ Ca 型阳离子交换柱, 7.8mm×300mm, 10 μ m, 月旭材料科技(上海)有限公司;

流动相: 超纯水

流速: 0.6mL / min; 柱温: 80℃; 示差折光检测器温度: 40℃;

进样量: 10 μ l。

标准混合溶液(果糖和葡萄糖分别为 3.9mg/ml 和 6.0mg/ml) 谱图如下:

