

测试报告

样品信息			
样品名称	粗提液	编号	W20220614-002
样品重量	/	剂型	/
收样日期	2022/6/14	测试期间	2022/6/11-2022/6/16
样品描述	/		
测试需求			
测试成分	摸索纯化的条件		
参考标准			
参考标准	客户提供了 HPLC 的方法	标样	无
仪器信息			
测试仪器	制备液相色谱仪	仪器型号	Sail1000

● 纯化色谱条件：

色谱柱：	月旭 Ultimate [®] LP-C18(21.2×250 mm,5 μm)
流动相：	A: 乙腈 B: 水 运行梯度： 0~16min 100%A 17min 60%A
检测波长	260 nm
柱温：	30℃
流速：	15 mL/min
进样量：	5000 μL
注意事项：	/


● 样品配置：



客户提供的样品溶液，过滤即得。

● 谱图和数据

Y-007-(UV-ch1-260)



分 4 段收集。

实验结论：能满足分离纯化要求。

2022 年 7 月 22 日

